

REF: Carbondioxid PHARMA LINE

Medicinsk udstyr til laparoskopi  
Medicinteknisk produkt til laparoskopi

**UN 1013** Carbondioxid 2.2  
koldioxid 2.2  
EF-nr 204-696-9



CO<sub>2</sub>

☞ **Indeholder gas under tryk,**  
kan eksplodere ved opvarmning  
Kvælningsfare ved høje koncentrationer  
Undgå indånding af gassen  
Skal holdes fri for olie og fedt  
Opbevares på et godt ventileret sted  
Returneres med overtryk og lukket ventil

☞ **Innehåller gas under tryck.**  
Kan explodera vid uppvärmning  
Kvävande vid höga koncentrationer  
Undvik inandning av gasen  
Undvik kontakt med olja och fett  
Förvaras på väl ventilerad plats  
Skall returneras med övertryck och  
stängd ventil


**STRANDMØLLEN**

www.strandmollen.com  
Tlf.: +45 - 701 02 107 (DK)  
+46 - (0)372-155-40 (S)  
Kundeservice@strandmollen.dk  
Ver. 21-01



Strandmøllen A/S  
Strandvejen 895  
DK-2930 Klampenborg  
Danmark

CE 2460

 **EXP:30.4.2023**

Batch\_id: xxxx

Date: 30.04.2020